LOGO

CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD PARA EQUIPOS TOPOGRÁFICOS

NOMBRE DEL CONTRATO O PROFESIONA

Contrato N.º (O PROFESION)

CÓDIGO REGISTRO	TOPO_CONTROL_00
FECHA	2026-09-27
REVISIÓN	0
PÁGINA	1 de 1

APROBADO

Parámetros controlados dentro de la tolerancia o precisión definida para el equipo y el patrón de control utilizado.

Topógrafo	
Fecha de Control	16.08.2026
Fecha de emisión Reporte	2026-09-27
Código Reporte	IC-2026-000029

Marca	
Modelo	
N.º de serie	
Archivo operacional	260901 ciclos Sx-10.htm
Formato	HTML

Resultados y comparación

Parámetro	Resultado	Referencia	Límite	Evaluación
Horizontal · ambas caras	0 ″	CE-	1.5 ″	Cumple
Horizontal · promedio de series	0 ″	CE-	1.5 ″	Cumple
Vertical · ambas caras	0.6 ″	CE-	1.5 ″	Cumple
Vertical · promedio de series	0.3 ″	CE-	1.5 ″	Cumple
Distancia · observación individual	0.1 mm	CE-	2 mm	Cumple
Distancia · promedio	0 mm	CE-	2 mm	Cumple

Patrón de referencia y trazabilidad

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN: CE-
EMPRESA CERTIFICADORA:

Equipo certificado:
Patrón:
Certificado patrón:

N.º CÓDIGO OPERATIVIDAD: IC-2026-000029
CHEQUEADO CON INSTRUMENTCHECK BY MOTRON SpA

CÓDIGO QR

Integridad documental
SHA-256 archivo fuente:
ad0786d84f7b30d822372bb6610a36b1dbdcf89142f47aa5291fa38ea18862f4

El QR codifica el registro InstrumentCheck, equipo, fecha, estado y huella abreviada para comprobación local.

Este Certificado de Operatividad no constituye ni reemplaza un certificado de calibración. Su emisión acredita que los datos del reporte operacional individualizado fueron evaluados contra los parámetros de referencia declarados y que el resultado corresponde exclusivamente a las condiciones y antecedentes registrados.

TraceMine InstrumentCheck · © 2026 MOTRON SpA